

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

Type Approval Certificate for Ex-Equipment

申請者 Applicant	Rheonics GmbH
製造者 Manufacturer	Rheonics GmbH Zuercherstrasse 41 8400 Winterthur Switzerland
品名 Equipment	Fluid Properties Sensors
型式の名称 Type Identification	Type-SR, Type-DV, and Type-BT
防爆構造の種類 Type of Protection	Intrinsic safety "ia"
対象ガス又は蒸気の爆発等級 及び発火度 Equipment group, Temperature class and EPL	IIC/IIB/IIA T6 ... T1 Ga IIIC T200 85°C ... 435°C Da
防爆記号 Ex marking	Ex ia IIC/IIB/IIA T6 ... T1 Ga Ex ia IIIC T200 85°C ... 435°C Da
適用基準 Applicable standards	JNIO SH-TR-46-1:2020 JNIO SH-TR-46-6:2015
定格 Rating	See user manual
使用条件 Specific condition of use	Yes, see user manual
レポート番号 Report number	557 / JPEX 0001.01 / 24
型式検定合格番号 Certificate Number	TÜV 24 JPEX 0001 X, Issue 01
有効期間 Duration of Validity	From 2024.08.05 To 2027.08.04
型式検定者の所属及び氏名 Section and name of the approver	Klauspeter Graffi
同一型式 Variants	N/A

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

The Equipment passed the Type Approval according to the inspection rule for machinery.

発行日
Date of certificate
型式検定実施者
Certified by

2024 年 8 月 5 日
(YYYY.MM.DD)
テュフ ラインランド インダストリー サービス GmbH
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH


Klauspeter Graffi
(Type and signature of responsible person)